



ZERTIFIKAT

CENTEXBEL BAUMUSTERPRÜFUNG | PRÜFBERICHT NR. 14.04932.01

Laut Bericht Nr. 14.04932.01, vom 7/11/2014, bestätigen wir, dass nachstehendes Produkt geprüft wurde bei CENTEXBEL in Bezug auf ISO 10993-5 (2009) : Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5 : Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität.

Das Produkt zeigt die folgende Eigenschaft :

Nicht zytotoxisch

Vorausgesetzt, dass es ordnungsgemäß angewandt wurde.

Die Beurteilung die Zytotoxizität basiert auf ISO 10993-5 : 2009.

MUSTERSTÜCK EUCAFEEL HT4515

Unternehmen Kabelwerk Eupen ag
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
Belgien

Zertifikat Nr. YR2900_2014 ist gültig bis 7/11/2019

Centexbel | Technologiepark 7 | BE 9052 Gent | Belgien, 12/12/2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stijn Devaere'.

Stijn Devaere, PhD
Director Services